

DAFTAR HADIR

Kegiatan :
 Hari/Tanggal :
 Tempat :
 Product :

NO	NAMA	JABATAN	NO. TLP	TTD
1	Dwi P.L	dr Radio	08122807992	1
2	Nita Aniyah	Radiolog.	08179517721	2
3	Anindita Ayu P.I	Radiografer	085640694623	3
4	Ragil Sapra	-11-	08123033599	4
5	Setya Ali Thuanah	-11-	08821561960	5
6	Pamungkas Sapto R	-11-	085726894855	6
7	RETNANING D.A.H.P	Radiografer	08157772825	7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

UMPAN BALIK DEMO ELVASOFT PACS

Nama Alat :
 Hari / Tanggal : 29-10-2025
 Tempat :

Petunjuk Pengisian.

Lingkarilah angka 1 - 5 untuk setiap pernyataan di bawah sesuai dengan tingkat kepuasan Anda terhadap penyelenggaraan pelatihan ini. Dimana angka 1 merupakan persepsi/penilaian Anda bahwa penyelenggaraan training ini "Buruk", angka 2 "Kurang Bagus", angka 3 "Bagus", angka 4 "Sangat Bagus" dan angka 5 "Memuaskan".

No	Keterangan	Memuaskan	Sangat Bagus	Bagus	Kurang Bagus	Buruk
1	Fitur yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan	5	4	3	2	1
2	Relevansi alat terhadap pekerjaan yang dilakukan	5	4	3	2	1
3	Efisiensi Pekerjaan	5	4	3	2	1
4	Antarmuka Aplikasi	5	4	3	2	1
5	Kecepatan Wokflow	5	4	3	2	1
6	Kemudahan Penggunaan	5	4	3	2	1
7	Kecepatan Sales dalam memenuhi permintaan User/Customer	5	4	3	2	1
8	Kecepatan Engineer dalam memenuhi permintaan User/Customer	5	4	3	2	1

Catatan :

Pada USTO belum bisa mengirim gambar langsung ke PACS, masih harus melakukan beberapa tahap, hal tsb akan menambah waktu pemeriksaan USTO.

.....,

TTD


Dr Dwi Nugri Laksono, Sp. Kel.

UMPAN BALIK DEMO ELVASOFT PACS

Nama Alat :
Hari / Tanggal :
Tempat : RS Panti Wilasa Citarum, Smf.

Petunjuk Pengisian.

Lingkarilah angka 1 - 5 untuk setiap pernyataan di bawah sesuai dengan tingkat kepuasan Anda terhadap penyelenggaraan pelatihan ini. Dimana angka 1 merupakan persepsi/penilaian Anda bahwa penyelenggaraan training ini "Buruk", angka 2 "Kurang Bagus", angka 3 "Bagus", angka 4 "Sangat Bagus" dan angka 5 "Memuaskan".

No	Keterangan	Memuaskan	Sangat Bagus	Bagus	Kurang Bagus	Buruk
1	Fitur yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan	5	4	3	2	1
2	Relevansi alat terhadap pekerjaan yang dilakukan	5	4	3	2	1
3	Efisiensi Pekerjaan	5	4	3	2	1
4	Antarmuka Aplikasi	5	4	3	2	1
5	Kecepatan Workflow	5	4	3	2	1
6	Kemudahan Penggunaan	5	4	3	2	1
7	Kecepatan Sales dalam memenuhi permintaan User/Customer	5	4	3	2	1
8	Kecepatan Engineer dalam memenuhi permintaan User/Customer	5	4	3	2	1

Catatan :

- Penjelasan pada saat showing / demo Elvasoft PACS sangat baik, fitur² yang ada saat ini cukup baik dan dapat menunjang radiolog dlm meng-expertise.

Beberapa masukan kami :

- Foto dan field γ mengetik expertise lebih nyaman bisa dijejerkan (saat showing bisa, tapi field ketikanya kecil sekali)

- γ hasil pemeriksaan sebelumnya dari 1 pasien yg sama, sebaiknya bisa dimunculkan jg expertise lamanya dlm "1 rumah", tidak perlu cari dulu (keluar masuk dan banyak yg hrs dibuka)

Smf, 29-10-2025
 TTD


 dr. Nita A, Sp. Rad.

- γ CT dan MRI kami blm bisa memberi feedback krn blm di demokan.

- Trrms -